



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA



UMNG-VICADM-CADCON

ASUNTO: RESPUESTAS A LA OBSERVACION E INQUIETUD PRESENTADA FRENTE A LA INVITACIÓN DE MINIMA CUANTÍA N° 047 DE 2018 CUYO OBJETO ES: "Adquisición set de materiales y reactivos para la extracción de RNA para el proyecto de investigación CIAS 2540."

DIRIGIDA A: PÚBLICO EN GENERAL PARTICIPANTE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MINIMA CUANTÍA N° 047 DE 2018.

Respetados Señores:

Nos permitimos dar respuesta a la observación presentada frente a la Invitación de Mínima Cuantía 047 de 2018, recibida mediante correo electrónico.

Observación realizada por Laboratorio Clínico ISLA SAS:

OBSERVACIÓN 01:

"Buenas Tardes

Estamos interesados en la participación a la invitación, pero queremos preguntar si podemos ofertar la marca Stratec, si desean muestra se la podemos suministrar.

Adjunto ficha técnica.

Quedo atenta a sus comentarios."

RESPUESTA 01:

En respuesta a su observación y revisando el manual del producto InviTrap Spin Universal RNA Mini Kit, notamos que la muestra de material biológico requerida para la correcta elaboración del protocolo es de 20 mg de muestra, requerimos un protocolo que nos permita hacer uso de una mayor cantidad de muestra biológica, la cual debe ser de 200 mg. Por lo anterior solicito regirse únicamente por las especificaciones descritas e incluidas en la invitación pública N°047 de 2018.

Con el presente documento se da respuesta a la observación presentada por los posibles proponentes a la Invitación de Mínima Cuantía No 035 de 2018.

Dada en Bogotá D.C., a los tres días del mes de mayo de 2018.

JUAN JOSE FILGUEIRA DUARTE
Docente Tiempo Completo
Programa de Biología Aplicada
Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas